



# 安全工作简报

第 1 期

(总第 22 期)



编辑部门：综合管理处

2016 年 4 月 7 日

---

主要内容：

- W 2016 年第一季度安全检查结果通报
- W 我所召开 2016 年度全所安全工作会议
- W 我所组织开展环境/职业健康安全管理体系培训
- W 我所组织开展长兴岛园区新入所工作人员安全培训教育



## 2016 年第一季度安全检查结果通报

根据《2016 年第一季度安全检查工作安排》，各检查小组认真完成各楼宇、长兴岛、金家沟、一二九街、科技园安全检查，并组织检查小组组长会议，总结检查中发现的各类安全隐患，讨论扣分标准等。

本次检查共发现安全隐患 58 项，其中扣分 27 项，未扣分 31 项。现将扣分情况通报如下：

序号	研究组	存在的问题	实验楼	房间号	扣分
1	202	环境卫生非常差	催化楼	402/409#	2
2	502	废液未及时清理	催化楼	208	2
3	503	500ml 乙醇洗瓶未有标识	化工楼	217	2
4	1101	通风橱左右推拉不符合要求，室内有异味	129 街	632	2
5	1102	乙醇超量（2.5LX7 瓶）	分子 2#楼	206	2
6	1108	乙醇超量（2.5LX5 瓶）	分子 2#楼	218	2
7	1501	实验室非常杂乱	航天楼	216	2
8	1802	一塑料桶溶液无标识	生物楼	601	2
9	1803	实验室味道特别重，通风橱未开启	甲醇楼	109	2
10	1805	通风厨内药品放置乱，内有浓硫酸、氯仿等	生物楼	301	2
11	1812	配电箱内地线颜色不对，配线裸露	生物楼	B09	2
12	11T4	气瓶未固定	能源基础楼	407	2
13	11T4	化学品过量存放	能源基础楼	407	2
14	DNL0305	盛装药品烧杯未标识	能源楼 1#	503	2
15	DNL0805	易制毒化学品台帐不明确，管理乱	能源楼 1#	1019	2
16	DNL0805	取液瓶未标识	能源楼 1#	101	2
17	DNL0808	一桶装溶剂无标识	甲醇楼	206	2
18	DNL0901	使用破损量筒，大瓶重芳烃超标	能源楼 1#	1001	2
19	DNL0905	盛装液体棕色容量瓶未标识	能源 2#	201-2	2
20	DNL1202	盛装药品烧杯未标识	能源楼 1#	913-1	2
21	DNL1202	插排落地	能源 2#	602	2
22	DNL1202	盛装药品烧杯未标识	能源 2#	601	2
23	DNL1205	配电线处理不规范，带电金属裸露	能源楼 1#	916	2
24	DNL1902	非防爆冰箱内存放食品和实验样品	能源楼 1#	316	2
25	DNL2004	试剂瓶未标识，房间不整洁	能源基础楼	302	2
26	DNL21	氧气排在室内	能源基础楼	307	2
27	DNL21T3	存放金属钾容器底部渗油	能源基础楼	601	2

检查中发现的所有安全隐患，已经在件反馈至各研究组组长，研究组根据检查小组要



求进行了及时整改，各楼宇安全负责人在日常指导性安全检查中会进一步核实整改情况，避免类似问题的再发生。

---

## 我所召开 2016 年度全所安全工作会议

3月30日下午，我所在生物楼学术报告厅召开了2016年度全所安全工作会议，各研究室(部)、管理及支撑部门、各研究组安全员及各参控股公司相关人员近90人参加会议。会上，综合管理处处长任晓光汇报了2015年度全所安全工作完成情况，并布置了2016年度我所安全工作目标及主要工作任务，包括环境和职业健康安全体系认证工作、安全责任状签订工作等。

同时，晓光处长对各位安全员给予安全工作的积极配合表示感谢，希望大家要有忧患意识，居安思危，时刻保持警惕，进一步提高全所安全工作水平，为确保我所安全稳定贡献力量。



最后，结合近期发生气体事故案例及我所实际用气情况，刘宝海老师讲授了题为《实验室用气安全》的知识讲座，并对研究组新科研项目开展安全评价工作提出了具体要求。

---

## 我所组织开展环境/职业健康安全管理体系培训

为进一步规范我所环境、安全管理，本年度我所将开展环境、职业健康安全管理体系建设。为顺利推进该项工作，3月9日至10日，我所在能源基础楼一楼会议室组织召开为期两天的专项培训，来自管理及支撑部门、各研究室(部)、各研究组的安全员或负责体系建设的工作人员近80人参加培训。本次培训由华夏认证中心有限公司国家注册审核员李敏授课。

李敏围绕环境管理体系ISO18001:2004和职业健康安全管理体系OHSAS18001:2007，从两体系的形成背景、发展历程、建设意义、适用范围入手，详细介绍了两体系建设的要求，包括方针的制订、体系的整体策划、实施与运行、检查与评审等，并结合案例重点阐



述了环境因素和危险源的辨识方法、注意事项等。培训过程中就具体问题进行了现场互动答疑，并组织了现场考试。

最后，综合管理处就本次培训进行总结，介绍了体系建设所涉及的组织保障、方针征集、目标确定等具体工作的



基本工作思路、方式方法以及各部门主要工作内容，希望各部门高度重视，积极参与，保障体系建设的顺利推进。

---

## 我所组织开展长兴岛园区新入所工作人员安全培训教育

为提高工作人员安全意识和安全行为，保障工作人员的安全和健康，3月11日，我所长兴岛催化剂放大研究平台会议室组织开展新入所工作人员安全培训教育，来自DNL901组和催化剂放大研究平台的8名临时聘用人员参加培训。

综合处刘宝海分析了实验室面临的安全风险，并重点讲解危险化学品使用、气瓶使用、



用电、有限空间作业安全和防火安全，最后介绍了不同事故的应急措施及所安全管理制度。张俊对生产中可能出现的事故类型、危险源分布和事故预防措施进行了介绍。培训结束后还组织了安全试题考试和灭火演练。

---

( 本期责任编辑：段锦霞 )

( 本期审读：任晓光 )