



安全工作简报

第 6 期

(总第 18 期)



编辑部门：综合管理处

2014 年 12 月 22 日

主要内容：

- W 2014 年第四季度安全检查结果通报
- W 我所召开《安全生产预案》专家评审会
- W 我所安全文化建设通过大连市安监局现场验收
- W 大连市安监局监察支队对我所开展年度安全检查
- W 我所组织应急疏散及灭火演练
- W 我所举办易制毒化学品安全管理培训
- W 关于宣贯学习新《安全生产法》的通知
- W 简讯 3 则



2014 年第四季度安全检查结果通报

根据《2014 年第四季度安全检查工作安排》，各检查小组认真完成各楼宇、金家沟、一二九街安全检查，并于 12 月 15 日组织各安全检查小组组长召开了安全检查总结会，讨论本次检查中发现的安全隐患、扣分标准以及隐患整改的方式等。

本次检查发现安全隐患 35 项，其中扣分 28 项，现将扣分情况通报如下：

序号	研究组	实验楼	实验楼	房间号	扣分
1	503	气瓶未固定	催化楼	205	2
2	701	安装设备过程中气瓶未固定	激光楼	A312	2
3	701	配液间电线裸露	激光楼	配液间	2
4	1108	铁柜遮挡配电柜	分子动力学 B 座	218	2
5	1501	加热反应器接线头裸露	航天楼	203	2
6	1501	平板罩加工间粉尘严重, 防护意识淡薄	航天楼	216	2
7	1502	尾气排放管接口松动	航天楼	318	2
8	1807	气瓶无架	生物楼	B14	2
9	1807	硫酸铜未标识	生物楼	602	4
10	1809	小玻璃瓶无标签	生物楼	412	4
11	1809	插座连线处用电线裸露	生物楼	407	2
12	1809	气瓶未固定	生物楼	112	2
13	DNL0301	溶液未标识	能源楼	516	2
14	DNL0306	氧气瓶存放在室内	能源基础楼	404	2
15	DNL0601	实验室溶液未标识	能源楼	802	2
16	DNL0802	溶液未标识	能源楼	616	2
17	DNL0804	气瓶未固定	能源楼	604-2	2
18	DNL0804	溶液未标识	能源楼	604-2	2
19	DNL0805	大厅内异味严重	能源楼	101	2
20	DNL0805	溶剂桶未标识	能源楼	101	2
21	DNL0808	插排落地	甲醇楼	206	2
22	DNL0901	溶液未标识	能源楼	1005	2
23	DNL1201	溶液未标识	能源楼	915	2
24	DNL16	气瓶未固定	能源楼	716-1	4
25	DNL16	溶液未标识	能源楼	716-1	2
26	DNL17	实验室溶液未标识	能源楼	809	2
27	DNL1902	气瓶未固定	129 街 6 馆	614	2
28	DNL1902	塑料桶未做标识	129 街 6 馆		2



在讨论基础上，对上述检查结果分析与以往检查相比较，发现本次安全检查中各类试剂瓶标识不清晰最为突出，其次是气瓶不固定以及用电不安全等问题，其中 **1501 组 216** 房间中的粉尘较为严重，讨论确定作为专项组织整改。

同时，检查中发现有三个研究组连续两个季度安全检查中出现同一违规，为加强研究组对安全工作的重视，讨论决定本次检查中加倍扣分。

以上安全隐患，将以邮件方式通知到各研究组，督促整改，同时各楼宇负责人现场落实整改，除专项整改外，其余各隐患在 **12 月 30** 日前完成。

我所召开《安全生产预案》专家评审会

为贯彻国家《生产安全事故应急预案管理办法》，根据大连市安监局的相关要求，我所组织开展了《安全生产预案》编制工作。**10 月 21** 日下午，我所在研究生大厦第一会议室召开专家评审会。应邀专家、大连市安监局主管领导和我所相关人员参会。

专家在听取编制工作组对《安全生产预案》的汇报后，经讨论认为，我所的《安全生产预案》符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的编写要求，结构清晰、事故风险描述全面、应急体系适用、应急保障措施具体，可以指导我所生产安全事故的应急工作。与会专家经过评审认为我所《安全生产预案》符合备案要求。

在出具评审意见的同时，大连市安监局主管领导对我所安全生产工作表示肯定，并希望我所继续加强安全管理，切实做好安全工作，确保所区安全。

我所安全文化建设通过大连市安监局现场验收

为进一步提高我所工作人员安全意识，实现由被动安全向主动安全转变的状态，最近今年我所以《关于开展“一念、两问、三答”安全教育活动实施方案》为主线，在不断推动安全文化建设工作，并取得了一定成绩。

今年上半年，我所组织申报大连市安全文化建设示范单位。**12 月 4** 日，大连市安监局法规处进行现场验收，听取了我们安全文化建设工作汇报，抽查了最近几年我所安全工作相关资料后，大连市安监局法规处对我所安全文化建设工作予以肯定，特别对我们安全理念“我的安全我做主 你的安全我有责”的制定与宣传、安全检查的“三线并进”模式以及安全宣传资料的征集等给予较高评价，认为我所安全文化建设具有典型示范作用。



大连市安监局监察支队对我所开展年度安全检查

根据《危险化学品生产经营单位执法检查 and 区域执法互查方案》的要求，11月16日，大连市安全生产监督管理局监察支队一大队王群、李亮亮和专家金鑫对我所开展年度安全检查。检查工作会议在我所研究生大厦第一会议室进行。

市安监局王群队长介绍本次安全检查的目的、内容和方式，检查组听取综合管理处处长任晓光汇报我所的基本情况和2014年度安全工作完成情况。之后，检查组分组开展安全工作档案和实验室现场检查。在安全工作档案检查中检查组认为我所安全管理机构设置合理、各岗位安全职责明确、安全管理制度健全、安全档案管理比较完善、隐患排查到位等；在实验室现场检查中抽取了催化楼DNL0601组，检查专家详细查看了DNL0601组各实验室，并详细询问实验人员对实验室安全风险的了解，在肯定我所现场管理的同时提出希望我所进一步加强危化品的动态管理及计量器具的定期检验。



我所组织应急疏散及灭火演练

11月13日下午，我所组织应急疏散及灭火演练，生物楼各研究室工作人员近400人参加，经文保分局及物业公司观摩和参加了本次演练。

14时30分，接到“演练开始”命令后，楼内消防广播发出疏散指令，各层工作人员陆续撤离实验场所，并到指定地点集合。随后综合管理处人员使用灭火器和灭火毯进行灭火演示，并指导科研工作人员进行实际灭火演练。





我所举办易制毒化学品安全管理培训

11月26日下午，我所在能源基础楼会议室举办易制毒化学品安全管理培训，特邀请大连市公安局沙河口分局禁毒大队警官周围为大家讲解相关知识，来自研究组和易制毒供货商近80人参加会议。会议由综合管理处处长任晓光主持。

培训中，周围对大连市毒品犯罪形势和易制毒化学品违法行为进行了介绍，警示大家远离毒品，更不能制毒，并且对易制毒化学品的相关法律法规以及正确采购易制毒化学品的相关程序进行了详细的讲解。



最后，综合管理处对研究组易制毒化学品采购及管理程序进行了再次强调。

关于宣贯学习新《安全生产法》的通知

新《安全生产法》已于2014年12月1日起正式实施，根据大连市委宣传部、大连市安全生产监督管理局、中科院安保办要求，结合所长办公会议精神和我所科研工作实际情况，为进一步夯实我所安全工作基础，保持良好的科研环境，综合管理处拟组织开展新《安全生产法》的宣贯学习活动。现将活动的安排和要求通知如下：

一、自学阶段（2014年12月16日-2015年2月28日）

各研究组组长和安全员组织本组人员学习新《安全生产法》，明确其中各项规定，并严格按照要求落实，强化各组安全生产主体责任意识。各研究组应做好新《安全生产法》自学阶段的总结工作，经组长签字后于2015年3月底前报综合管理处备案。自学的学时计入本部门年度安全培训总学时，接受所安全考核。

参考学习材料请在综合管理处网站通知公告栏目中下载。

http://www.dicp.ac.cn/xwzx/tzgg/201412/t20141216_4276604.html

二、集中宣贯阶段（2015年4月-5月）

综合管理处将组织专项培训会议，邀请有关专家就新《安全生产法》相关内容进行解读。同时利用所安全培训在线考试系统，补充题库，组织全所人员进行在线考试，进一步提升并检验培训效果。



简讯 4 则

我所放射源及射线装置通过年度安全评估

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，使用放射性同位素和射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素和射线装置的安全和防护状况进行年度评估。

10月14日，我所委托有资质的专业公司开展年度放射源及射线装置防护状况现场评估，专业人员现场对我所放射源和射线装置进行监测，结果显示，所有放射源和射线装置周边辐射剂量均满足国家标准，顺利通过安全评估。

我所组织开展实验室有毒有害物质现场监测

根据《职业病防治法》相关要求，存在职业危害的单位，每年需委托有资质的单位开展有毒有害因素现场检测。

10月21日，我所委托大连市职业病防治院开展实验室有毒有害环境现场空气质量检测。本次检测在催化楼、生物楼、甲醇楼、能源楼、激光楼中选取有代表性的有毒有害实验室，在正常实验条件下现场取样，检测项目主要有甲醇、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷、苯、乙腈、噪声等。检测结果显示，目前我所有毒有害物质在实验室浓度均不超标。

我所组织开展组织放射工作人员职业健康体检

根据国家相关规定，从事放射工作人员需每年参加职业健康体检，体检需要在有资质的医院进行。目前大连市有放射卫生体检资质的医院有大化集团有限责任公司医院（简称大化医院）和大连机车医院。**11月5日**，我所委托大化医院开展本年度放射工作人员体检，参加体检人员**18人**，体检指标符合从事放射工作要求。

（本期责任编辑：段锦霞）

（本期审读：任晓光）